Conseils importants pour le port de lentilles de contact journalières **DAILIES®**

- Toutes les lentilles de contact DAILIES® sont conçues pour être portées durant la journée et pour une utilisation unique avec remplacement quotidien. Chaque lentille de contact ne doit donc être utilisée qu'**une seule fois.**
- Retirez toujours vos lentilles de contact avant d'aller vous coucher et utilisez systématiquement des lentilles de contact neuves et stériles. Ne réutilisez jamais une lentille de contact déjà portée ou souillée. Ayez toujours des lentilles de rechange sur vous.
- Il est strictement déconseillé de nettoyer et de désinfecter vos lentilles de contact. Mettez chaque matin une paire de lentilles de contact journalières DAILIES® neuves.
- Ne portez jamais vos lentilles de contact DAILIES® plus longtemps que la durée recommandée par votre spécialiste en lentilles de contact. Lavez-vous toujours soigneusement les mains au savon et essuyez-les à l'aide d'un linge non pelucheux avant de poser ou de retirer vos lentilles de contact journalières DAILIES®.
- Utilisez uniquement les lentilles de contact contenues dans les blisters originaux bien fermés.
- Si vous ressentez une gêne après avoir posé la lentille de contact, faites-la glisser délicatement sur le côté, dans la partie blanche de l'œil, puis faites-la revenir vers le centre. Ce procédé utile vous permet de libérer toutes les microparticules susceptibles de s'être introduites sous la lentille de contact pendant la pose.
- Lorsque vous partez en voyage, emportez toujours un stock suffisant de lentilles de contact journalières DAILIES®.
- Certains médicaments peuvent influer sur la tolérance des lentilles de contact. Renseignez-vous auprès de votre spécialiste en lentilles de contact.
- Vérifiez chaque matin que vous voyez aussi bien que d'habitude et que vos yeux sont clairs.
- Si vous rincez la lentille de contact avant de la poser, utilisez une solution saline stérile et sans conservateur (p.ex. SoftWear® Saline Plus) – n'utilisez jamais l'eau du robinet.
- Fermez les yeux lorsque vous vaporisez des sprays (p.ex. de la laque à cheveux).
- Vous pouvez naturellement nager avec vos lentilles de contact journalières DAILIES® – il est toutefois recommandé de toujours porter des lunettes de natation ou de plongée. Quelle que soit la méthode utilisée, l'essentiel est d'éviter que de l'eau non stérile, fortement chlorée, sale ou salée (mer, piscine, lac) entre en contact avec vos yeux. En cas de contact accidentel avec l'eau, remplacez vos lentilles de contact DAILIES® par une paire neuve et stérile.

Fiche d'information relative aux lentilles de contact journalières **DAILIES®**

Cette brochure contient des informations importantes sur les produits et la sécurité. Veuillez la lire attentivement et la conserver pour consultation ultérieure. Les lentilles de contact doivent toujours être adaptées par un spécialiste en lentilles de contact. Il est essentiel que vous suiviez les instructions de votre spécialiste ainsi que les informations relatives à l'utilisation appropriée de vos lentilles de contact.

NOM DES PRODUITS

DAILIES® AquaComfort Plus®
Focus® DAILIES®
Focus® DAILIES® TORIC
Focus® DAILIES® PROGRESSIVES

NOM DES MATÉRIAUX

Les lentilles de contact journalières DAILIES® (Nelfilcon A) sont des lentilles de contact souples et stériles contenant 31 % de Nelfilcon A et 69 % d'eau.

Les lentilles de contact DAILIES® sont légèrement teintées en bleu pour en faciliter la manipulation. La couleur contient de la phthalocyanine de cuivre.

Les lentilles de contact journalières DAILIES® sont conditionnées par plaquettes de 5 blisters individuels contenant une solution saline isotonique tamponnée au phosphate-acétate. La solution saline isotonique peut contenir jusqu'à 0,02 % de poloxamer. La solution saline des lentilles de contact DAILIES® AquaComfort Plus® contient de l'HPMC et du PEG 400, et peut contenir jusqu'à 0,05 % de poloxamer. Les lentilles de contact sont stérilisées à la vapeur.

DOMAINES D'UTILISATION

Les lentilles de contact Focus® DAILIES® conviennent pour un port pendant la journée (moins de 24 heures, en état de veille (avec les yeux ouverts) et pour un emploi unique) et pour une correction visuelle de troubles de la vue accompagnés d'un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle. À utiliser sur des yeux sains.

Les lentilles de contact Focus® DAILIES® TORIC conviennent pour un port pendant la journée (moins de 24 heures, en état de veille et pour un emploi unique) et pour une correction visuelle de troubles de la vue nécessitant une correction de l'astigmatisme supplémentaire. À utiliser sur des yeux sains.

Les lentilles de contact Focus® DAILIES® PROGRESSIVES conviennent pour un port pendant la journée (moins de 24 heures, en état de veille et pour un emploi unique) et pour une correction visuelle de troubles de la vue accompagnés d'un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle et de la presbytie. À utiliser sur des yeux sains.

Les lentilles de contact DAILIES® AquaComfort Plus® conviennent pour un port pendant la journée (moins de 24 heures, en état de veille et pour un emploi unique) et pour une correction visuelle de troubles de la vue accompagnés d'un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle. À utiliser sur des yeux sains.

Les lentilles de contact DAILIES® sont conçues pour une utilisation unique. Elles doivent être remplacées tous les jours et jetées après utilisation.

DURÉES DE PORT RECOMMANDÉES ET RYTHMES DE REMPLACEMENT

Toutes les lentilles de contact journalières DAILIES® sont conçues pour une utilisation unique avec remplacement quotidien et doivent être jetées à la fin de chaque période de port. Elles ne doivent donc être ni nettoyées ni désinfectées. À chaque fois, vous mettez une lentille de contact neuve.

NE DORMEZ JAMAIS AVEC VOS LENTILLES DE CONTACT JOURNALIÈRES

Pour préserver la santé de vos yeux, la durée de port quotidienne maximale doit être déterminée par votre spécialiste en lentilles de contact.

LA POSE ET LE RETRAIT DE VOS LENTILLES

Votre spécialiste en lentilles de contact vous fournira des instructions précises sur la manipulation et sur la manière de poser et de retirer vos lentilles.

Lavez-vous toujours soigneusement les mains et essuyez-les avant de toucher vos lentilles de contact. Secouez légèrement l'emballage blister avant de l'ouvrir. Retirez ensuite l'opercule et faites glisser la lentille dans votre main ou retirez-la de l'emballage en la saisissant délicatement avec le bout du doigt. Pour chaque œil, veillez à utiliser la lentille de contact correspondante. Assurez-vous que la lentille de contact n'est pas à l'envers. Contrôlez l'état de la lentille avant de la poser ; ne l'utilisez pas si elle est endommagée. Si nécessaire, rincez la lentille avec une solution saline stérile (p.ex. SoftWear® Saline Plus). Placez la lentille de contact sur votre index, écartez verticalement les paupières supérieure et inférieure de votre œil en les tirant à l'aide de vos deux mains et posez délicatement la lentille au centre de l'œil à l'aide de votre index.

Avant de retirer vos lentilles de contact, vous devez vous laver les mains et bien les essuyer. Clignez vigoureusement des yeux plusieurs fois. Regardez vers le haut et faites glisser la lentille vers le bas, dans la partie blanche de l'œil. Retirez ensuite la lentille de votre œil en la pinçant avec votre pouce et votre index. Si les lentilles de contact sont difficiles à retirer, évitez d'appuyer sur l'œil ou de le comprimer. Utilisez une solution d'humidification (p.ex. Aquify) et réessayez quelques minutes plus tard.

N'utilisez en aucun cas une pince à épiler, une ventouse, un objet pointu ou vos ongles lorsque vous retirez les lentilles de contact de leur emballage ou de votre œil.

CONTRE-INDICATIONS

N'utilisez pas vos lentilles de contact journalières DAILIES® dans les cas suivants :

- Inflammations et infections de l'œil, allergies, affections, blessures ou modifications de la cornée, de la conjonctive ou de la paupière.
- État de santé affaibli (p.ex. gros refroidissement ou grippe).
- L'utilisation de médicaments, y compris les médicaments pour les yeux, pourrait affecter le port de lentilles de contact. Veuillez consulter votre spécialiste en lentilles de contact avant d'utiliser des médicaments.
- Environnement particulièrement sec ou poussiéreux rendant le port de lentilles de contact inconfortable.

Pour toute autre question, veuillez vous adresser à votre spécialiste en lentilles de contact.

Fiche d'information **AIR OPTIX®**

Nom des produits
AIR OPTIX® NIGHT&DAY®
AIR OPTIX® AQUA
AIR OPTIX® for ASTIGMATISM
AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL
AIR OPTIX® individual

Nom des matériaux
Les lentilles de contact souples AIR OPTIX® NIGHT&DAY® (Lotrafilcon A) contiennent 76 % de Lotrafilcon A et 24 % d'eau. Les lentilles de contact AIR OPTIX® NIGHT&DAY® sont emballées dans des blisters individuels et conservées dans une solution saline isotonique tamponnée au phosphate et stérilisées à la vapeur. STERILE.

Les lentilles de contact souples AIR OPTIX® AQUA, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM (LFB 110) et AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL STERILE contiennent 67 % de Lotrafilcon B et 33 % d'eau. Elles sont conservées dans une solution saline tamponnée au phosphate. La solution saline des lentilles de contact AIR OPTIX® AQUA et AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL contient 1 % de copolymère 845. Les lentilles de contact sont légèrement teintées en bleu pour en faciliter la manipulation ; la couleur contient de la phthalocyanine de cuivre.

Les lentilles de contact souples AIR OPTIX® individual contiennent 68 % de Sifilcon A et 32 % d'eau. Elles sont teintées avec du vert de phthalocyanine, emballées dans des blisters individuels qui contiennent une solution saline isotonique tamponnée au phosphate et stérilisées à la vapeur. STERILE. Utilisables uniquement si l'opercule imprimé du blister est intact.

Domaines d'utilisation et durées de port recommandées
Les lentilles de contact AIR OPTIX® NIGHT&DAY® sont destinées à la correction visuelle. Elles sont à utiliser sur des yeux sains et, le cas échéant, en cas d'astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle. Les lentilles de contact AIR OPTIX® NIGHT&DAY® conviennent pour un port pendant la journée et pour un port continu (même pendant le sommeil) jusqu'à 30 jours et nuits selon les instructions de votre spécialiste en lentilles de contact.
Utilisation thérapeutique : lorsqu'indiquées, les lentilles de contact AIR OPTIX® NIGHT&DAY® conviennent également pour l'utilisation thérapeutique, sur conseil de l'oculiste et sous son étroite surveillance.

Les lentilles de contact AIR OPTIX® AQUA conviennent pour une correction visuelle et un port pendant la journée ou pour un port flexible/prolongé (jusqu'à 6 nuits, même pour dormir) chez les personnes aux yeux sains et présentant, le cas échéant, un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle, si le spécialiste en lentilles de contact le préconise.
Les lentilles de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM conviennent pour une correction visuelle et un port pendant la journée chez les personnes aux yeux sains si le spécialiste en lentilles de contact le préconise.
Les lentilles de contact AIR OPTIX® for ASTIGMATISM conviennent pour les personnes nécessitant une correction supplémentaire de l'astigmatisme.
Les lentilles de contact AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL conviennent pour une correction visuelle et un port pendant la journée ou pour un port flexible/prolongé (jusqu'à 6 nuits, même pour dormir) chez les personnes aux yeux sains et en cas de presbytie, si le spécialiste en lentilles de contact le préconise.

Pour préserver la santé de vos yeux, le rythme de port doit être déterminé par votre spécialiste en lentilles de contact. Les lentilles de contact AIR OPTIX® ont été développées pour le port pendant la journée ou pour le port prolongé flexible (jusqu'à 6 nuits, même pendant le sommeil).

Ne portez vos lentilles de contact AIR OPTIX® la nuit que si votre spécialiste en lentilles de contact le préconise. Instaurez une pause de port d'une nuit avant chaque nouvelle période de port. Chaque personne réagissant de façon différente aux lentilles de contact, il se peut que votre spécialiste en lentilles de contact vous recommande une durée de port plus courte, car la durée de port maximale de 6 nuits ne convient pas dans tous les cas.

Les lentilles de contact AIR OPTIX® individual conviennent pour un port pendant la journée et une correction visuelle chez les personnes aux yeux sains et présentant, le cas échéant, un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle. Elles doivent être retirées avant le coucher.

Intervalles de changement
Les lentilles de contact AIR OPTIX® NIGHT&DAY®, AIR OPTIX® AQUA, AIR OPTIX® for ASTIGMATISM et AIR OPTIX® AQUA MULTIFOCAL doivent être remplacées par une paire neuve au bout d'un mois.

Lentilles de contact AIR OPTIX® individual : CIBA VISION® recommande de remplacer les lentilles de contact AIR OPTIX® individual par une nouvelle paire tous les trois mois. Pour préserver la santé de vos yeux, un plan de port et de remplacement doit être établi par votre spécialiste en lentilles de contact.

Fiche d'information relative aux lentilles de contact mensuelles colorées **FreshLook®**

Nom des produits
FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS®, FreshLook DIMENSIONS®

Nom des matériaux
Les lentilles de contact souples FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS® et FreshLook DIMENSIONS® contiennent 45 % de Phemfilcon A et 55 % d'eau. Elles sont emballées dans des blisters individuels, conservées dans une solution saline isotonique tamponnée au borate contenant 0,005 % de poloxamer et stérilisées à la vapeur STERILE. Utiliser les lentilles de contact seulement si l'emballage et le film en plastique imprimé sont intacts.

Domaines d'utilisation et durées de port recommandées
Les lentilles de contact FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS® et FreshLook DIMENSIONS® conviennent pour un port pendant la journée et pour une correction visuelle chez les personnes aux yeux sains et, le cas échéant, présentant un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle. La durée de port quotidienne maximale doit être déterminée par votre spécialiste des lentilles de contact. La durée de port doit être allongée progressivement jusqu'à ce que la durée maximale recommandée soit atteinte. Ces lentilles de contact ne doivent en aucun cas être portées pendant le sommeil. Pour préserver la santé de vos yeux, il est vivement recommandé de ne pas dépasser les durées de port prescrites par votre spécialiste en lentilles de contact. Les lentilles (de contact) sont disponibles pour la correction des troubles de la vue chez les personnes qui souhaitent en même temps changer la couleur de leurs yeux.

Les lentilles de contact FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS® et FreshLook DIMENSIONS® sont à utiliser sur des yeux sains présentant un astigmatisme limité n'affectant pas l'acuité visuelle.

Intervalles de changement
Les lentilles de contact FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS® et FreshLook DIMENSIONS® doivent être jetées et remplacées par une paire neuve tous les mois. Les intervalles de changement prescrits pour les lentilles de contact FreshLook® COLORS, FreshLook COLORBLENDS® et FreshLook DIMENSIONS® doivent être strictement respectés pour garantir un emploi sûr.

Informations relatives aux composants
Les lentilles de contact FreshLook® contiennent des chromophores à absorption d'UV et peuvent contenir du violet de carbazole. Les lentilles de contact FreshLook COLORS et FreshLook COLORBLENDS® sont imprimées avec une couche intermittente qui contient une combinaison des pigments autorisés suivants : oxyde de fer, dioxyde de titane, (phthalocyaninato(2-))-cuivre, oxyde de chrome, violet de carbazole, vert de phthalocyanine.

Les lentilles de contact FreshLook DIMENSIONS® sont teintées avec du vert de phthalocyanine et imprimées avec une couche intermittente qui contient une combinaison des pigments autorisés suivants : oxyde de fer, (phthalocyaninato(2-))-cuivre, oxyde de chrome, violet de carbazole, vert de phthalocyanine.

Pour obtenir des informations détaillées sur les lentilles de contact journalières colorées FreshLook® ONE-DAY, veuillez lire les conseils relatifs aux lentilles de contact journalières DAILIES®, page 8 et suivantes, ou vous adresser à votre spécialiste en lentilles de contact.

Fiche d'information

Lentilles de contact à poser sur l'œil

Informations générales
Veuillez lire cette fiche d'information attentivement et la conserver pour consultation ultérieure. Si vous avez encore des questions concernant le port de lentilles de contact, adressez-vous à votre spécialiste en lentilles de contact. Demandez-lui également le mode d'emploi spécifique de vos nouvelles lentilles de contact.

Domaines d'utilisation
Pour la correction des troubles de la vue et l'optimisation de l'acuité visuelle.

Durées de port et intervalles de changement recommandés
Votre spécialiste en lentilles de contact déterminera les durées de port et les intervalles de changement les plus adaptés à vous-même et à vos yeux en fonction de votre type de lentilles.

Manipulation de vos lentilles de contact
N'utilisez pas la lentille de contact si l'emballage est ouvert ou endommagé. Lavez-vous toujours soigneusement les mains et séchez-les bien avant de manipuler les lentilles de contact. Pour les lentilles jetables, secouez légèrement l'emballage blister avant de l'ouvrir. Retirez ensuite l'opercule et laissez la lentille de contact glisser dans vos mains ou, au besoin, faites-la glisser délicatement hors de l'emballage avec votre index. N'utilisez en aucun cas une pince à épiler, une ventouse à lentilles, un objet pointu ou vos ongles pour retirer une lentille de contact de son emballage ou de votre œil. Assurez-vous que la lentille (de contact) n'est pas à l'envers. Vérifiez son état avant de la poser. N'utilisez pas de lentilles de contact endommagées, elles pourraient entraîner des lésions oculaires. Votre spécialiste en lentilles de contact vous fournira des instructions détaillées sur la manière de poser et de retirer vos lentilles de contact.

Contre-indications
Évitez de porter des lentilles de contact dans les cas suivants :
- Infections, inflammations, allergies, lésions ou anomalies provoquant une altération de la cornée, de la conjonctive ou des paupières et susceptibles de s'aggraver en raison du port de lentilles de contact ou de l'utilisation de produits d'entretien pour lentilles de contact.
- Sensibilité réduite de la cornée.
- Prise ou utilisation de certains médicaments, dont les médicaments pour les yeux pour lesquels le port de lentilles de contact est contre-indiqué.

Au moindre doute, adressez-vous à votre oculiste ou à votre spécialiste en lentilles de contact.

Complications possibles
Si vous portez des lentilles de contact, contrôlez vos yeux quotidiennement. Des complications potentiellement graves liées au port de lentilles de contact s'accompagnent généralement d'un ou de plusieurs des signes ou symptômes suivants :
- sensation de corps étranger
- écoulement de larmes excessif (lacrymation)
- sécrétions oculaires inhabituelles
- rougeur des yeux
- sensibilité à la lumière (photophobie)
- picotement, brûlure, démangeaison (irritation)
- sensation d'inconfort
- acuité visuelle réduite (mauvaise)
- vision floue, arc-en-ciel, halo ou cercles de couleurs autour des objets
- yeux extrêmement secs

Interactions avec d'autres produits

- Utilisez exclusivement des systèmes d'entretien recommandés par votre spécialiste en lentilles de contact ou compatibles avec vos lentilles (de contact) afin d'éviter toute interaction non désirée entre ces dernières et le produit d'entretien. Pour les lentilles de contact souples, ne recourez en aucun cas à la stérilisation thermique ou à un système d'entretien pour lentilles dures et rigides permettant les échanges gazeux.
- Les médicaments administrés sur une longue période peuvent entraîner une modification du film lacrymal et influer sur la tolérance des lentilles. Informez votre spécialiste en lentilles de contact des médicaments que vous prenez.
- Les collyres (gouttes pour les yeux) ne peuvent en aucun cas être appliqués sur les lentilles de contact. Il existe quelques rares exceptions. Demandez conseil à votre oculiste.

CONSEILS IMPORTANTS

Que faire, en présence d'un ou de plusieurs des symptômes ci-dessus ?

- **Retirez immédiatement la lentille de contact.**
- Si les troubles ou les problèmes prennent fin, examinez attentivement la lentille de contact.
- Si la lentille de contact est endommagée d'une manière ou d'une autre, ne la remettez PAS sur l'œil, mais remplacez-la par une nouvelle lentille ou consultez votre spécialiste en lentilles de contact.
- Si des saletés, un cil ou un corps étranger se retrouvent sur votre lentille de contact, ou si le problème prend fin et que la lentille semble intacte, nettoyez, rincez et désinfectez/neutralisez-la minutieusement. Ensuite, remettez-la.
- Si les symptômes précités persistent après le retrait ou après avoir remis la lentille de contact sur l'œil, retirez à nouveau **IMMÉDIATEMENT** la lentille et adressez-vous sans tarder à votre spécialiste en lentilles de contact. Vous pourriez souffrir d'une complication grave, telle qu'une infection ou un ulcère de la cornée (kératite ulcéreuse). Ces complications peuvent évoluer rapidement et entraîner une perte définitive de l'acuité visuelle. D'autres réactions, telles qu'éraflures, piquetés épithéliaux (microlésions de la couche supérieure de la cornée) et conjonctivite bactérienne (inflammation de la conjonctive d'origine bactérienne), doivent être traitées correctement pour éviter toute complication et tout risque de trouble oculaire grave.
- Non traités, les symptômes inhabituels peuvent entraîner de graves complications.
- Lorsqu'une lentille de contact se bloque (s'immobilise), instillez dessus plusieurs gouttes d'une solution d'humidification. Attendez que la lentille de contact se déplace à nouveau librement sur l'œil avant d'essayer de la retirer. Si la lentille reste bloquée, consultez immédiatement votre spécialiste en lentilles de contact.
- Si une lentille de contact devait s'endommager lorsque vous la portez, vous pourriez éprouver une vive sensation d'inconfort. N'ayez crainte : il est impossible qu'une lentille de contact ou une partie de celle-ci se retrouve coincée à l'arrière de l'œil. Retirez **IMMÉDIATEMENT** et délicatement de votre œil les parties de la lentille de contact, comme vous le faites habituellement après le port des lentilles de contact (voir « Manipulation de vos lentilles de contact »). Si vous n'arrivez pas à les retirer, rincez votre œil avec la solution saline SoftWear® Saline Plus. Si cela ne suffit pas, adressez-vous immédiatement à votre spécialiste en lentilles de contact. Il pourra localiser sans problème les segments de votre lentille.
- Vous pouvez apaiser toute sensation occasionnelle de sécheresse en clignant plusieurs fois des yeux ou en appliquant une solution humidifiante (p.ex. **AQuify®**). Si cette sécheresse perdure, consultez votre spécialiste en lentilles de contact.

Fiche d’information

Fabricant :
CIBA VISION® Corp.
Duluth, GA, 30097, USA

CE
0086

Représentation en Europe :
CIBA VISION® GmbH
Case postale 4
D-63868 Grosswallstadt

Distribution en Suisse :
CIBA VISION® AG
Hardhofstrasse 15
CH-8424 Embrach